



# Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
08-110 Siedlce; ul. Poniatowskiego 26, pokój 138 A  
[www.szpital.siedlce.pl](http://www.szpital.siedlce.pl) [ozp@szpital.siedlce.pl](mailto:ozp@szpital.siedlce.pl)  
tel. 025/64 03 299 fax. 025/64 03 263

Siedlce dn. 21.04.2020r.

FZP-2810.10.2020

Do zainteresowanych  
postępowaniem Nr FZP.2810.10.2020

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Materiały medyczne dla potrzeb bloku Bloku Operacyjnego**”, opublikowanego w BZP dnia 1 kwietnia 2020r. pod numerem 525511-N-2020.

Stosownie do art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w postępowanie.

**Pytanie nr 1 dot. Pakiet VII pozycja 2 i 6.** W związku z otrzymanymi odpowiedziami z dnia 16.04.2020r., zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie czy nie zaistniała oczywista pomyłka i ewentualne sprostowanie odpowiedzi, prawdopodobnie Zamawiający celowo został wprowadzony w błąd, ponieważ w pozycji 2 są wymagane klipsy polimerowe o standardowej budowie klipsa i wytrzymałości (wewnętrzne walce stabilizacyjne), natomiast w pozycji 6 pierwotnie wymagane były klipsy o innej budowie klipsa i wytrzymałości (zęby zakończone ostrzem o kącie podcięcia 45°. na górnej i dolnej płaszczyźnie), które są trzykrotnie bardziej wytrzymałe od klipsów z walcami stabilizującymi, eliminujące tendencje do zsuwania się z naczynia pod wpływem ciśnienia krwi czy manipulacji w polu operacyjnym. W chwili obecnej po udzieleniu odpowiedzi pozycja 2 i 6 wskazuje na ten sam klips z walcami stabilizacyjnymi z tym samym numerem katalogowym, więc Zamawiający otrzyma identyczny produkt w pozycji 2 i 6.

**Pytanie 2 dot. Pakiet VII pozycja 3 i 7.** W związku z otrzymanymi odpowiedziami z dnia 16.04.2020r., zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie czy nie zaistniała oczywista pomyłka i ewentualne sprostowanie odpowiedzi, prawdopodobnie Zamawiający celowo został wprowadzony w błąd, ponieważ w pozycji 3 są wymagane klipsy polimerowe o standardowej budowie klipsa i wytrzymałości (wewnętrzne walce stabilizacyjne), natomiast w pozycji 7 pierwotnie wymagane były klipsy o innej budowie klipsa i wytrzymałości (zęby zakończone ostrzem o kącie podcięcia 45°. na górnej i dolnej płaszczyźnie), które są trzykrotnie bardziej wytrzymałe od klipsów z walcami stabilizującymi, eliminujące tendencje do zsuwania się z naczynia pod wpływem ciśnienia krwi czy manipulacji w polu operacyjnym. W chwili obecnej po udzieleniu odpowiedzi pozycja 3 i 7 wskazuje na ten sam klips z walcami stabilizacyjnymi z tym samym numerem katalogowym, więc Zamawiający otrzyma identyczny produkt w pozycji 3 i 7.

**Pytanie 3 dot. Pakiet VII pozycja 4 i 5.** W związku z otrzymanymi odpowiedziami z dnia 16.04.2020r., zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie czy nie zaistniała oczywista pomyłka i ewentualne sprostowanie odpowiedzi, prawdopodobnie Zamawiający celowo został wprowadzony w błąd, ponieważ w pozycji 4 są wymagane klipsy polimerowe o standardowej budowie klipsa i wytrzymałości (wewnętrzne walce stabilizacyjne), natomiast w pozycji 5 pierwotnie wymagane były klipsy o innej budowie klipsa i wytrzymałości (zęby zakończone ostrzem o kącie podcięcia 45°. na górnej i dolnej płaszczyźnie), które są trzykrotnie bardziej wytrzymałe od klipsów z walcami stabilizującymi, eliminujące tendencje do zsuwania się z naczynia pod wpływem ciśnienia krwi czy manipulacji w polu operacyjnym. W chwili obecnej po udzieleniu odpowiedzi pozycja 4 i 5 wskazuje na ten sam klips z walcami stabilizacyjnymi z tym samym numerem katalogowym, więc Zamawiający otrzyma identyczny produkt w pozycji 4 i 5.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wprowadza sprostowanie odpowiedzi udzielonych w dniu 16.04.2020 r., w zakresie Pakietu VII pozycje: 5,6,7.**

**Zamawiający wymaga w Pakiecie VII pozycje: 5,6,7 zaoferowania klipsów o stabilności na naczyniu, zęby w części przyśrodkowej zakończone ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia o kącie podcięcia 45 stopni na górnej i dolnej płaszczyźnie.**

PREZES ZARZĄDU

*Marcin Kulicki*

Sprawę prowadzi:  
Remigiusz Krzewniak  
tel. 25/640 32 99  
e-mail: rkrzewniak@szpital.siedlce.pl