



# Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26, pok.138 A  
www.szpital.siedlce.pl, ozp@szpital.siedlce.pl  
tel. 25 640-32-99, fax. 25 640-32-63

**FZP.2811.490.2022**

Siedlce, dnia 27.07.2022 r.

## Odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na zapytania dot. postępowania o wartości zamówienia poniżej progu stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych realizowanego pod nazwą: „Zakup wyposażenia do fizjoterapii” w ramach realizacji zadania „Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce”

Pytanie 1. Czy zamawiający dopuści do postępowania Cykloergometr, posiadający te same a nawet lepsze parametry poza wymiarami:

<b>Cykloergometr</b>	<b>Szt.</b>	<b>1</b>
----------------------	-------------	----------

<b>PODSTAWOWE DANE</b>			
1.	Nazwa i typ urządzenia	BH FITNESS INETRIA H720TV C 12”	
2.	Producent	EXERCYCLE S.L	
3.	Kraj pochodzenia.	TAJWAN	
4.	Rok produkcji nie wcześniej niż 2022, fabrycznie nowy, niepowystawowy	2022	
<b>PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE</b>			
Lp.	OPIS	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY OFEROWANE
1	Ergometr rowerowy	Tak	TAK
2	Elektromagnetyczny układ hamulcowy	Tak	TAK
3	Moc 25-400 W	Tak, podać	25-500W



Mazowiecki Szpital Wojewódzki  
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

4	Koło zamachowe o wadze 10 kg	Tak, podać	Tak 10kg
5	Długość ramion pedałów 17 cm	Tak, podać	Tak 17cm
6	Komputer treningowy z kolorowym wyświetlaczem	Tak	Tak
7	Parametry na ekranie: czas, dystans, moc Watt, Obroty na minutę, Kalorie, Tętno	Tak	Tak
8	Wskazanie profili treningowych za pomocą TFT	Tak	Tak 12"
9	Naręczne czujniki tętna	Tak	Tak
10	Pas piersiowy bluetooth do telemetrycznego pomiaru częstotliwości skurczu mięśnia sercowego	Tak	Tak
11	Regulacja siodełka w zakresie nachylenia, pionu i poziomu	Tak	Tak
12	Siodełko żelowe	Tak	Tak
13	Kółka transportowe	Tak	Tak
14	Maksymalna waga użytkownika 150 kg	Tak, podać	Tak 180kg
15	Wymiary: max. 119 x 55 x 137 cm	Tak, podać	130x65x159

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego powyżej Cykloergometru.

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Tomasz Aruszkiewicz*

DZIAŁ ZAMOWIEN PUBLICZNYCH  
I ZAOPATWZENIA  
Kierownik

*Remigiusz Krzewniak*