



# Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**  
**08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26, pok.138 A**  
[www.szpital.siedlce.pl](http://www.szpital.siedlce.pl), [ozp@szpital.siedlce.pl](mailto:ozp@szpital.siedlce.pl)  
tel. 25 640-32-99, fax. 25 640-32-63

Siedlce dn. 19.02.2020 r.

Dotyczy: FZP.2810.02.2020

**Do Zainteresowanych**  
**postępowaniem FZP.2810.64.2019**

dotyczy: postępowania na „**Specjalistyczny sprzęt urologiczny jednorazowego użytku, akcesoria do aparatu DUET LOGIC G/2.**”, ogłoszonego w BZP w dniu 13.02.2020 pod poz. 511983-N-2020

W odpowiedzi na otrzymane zapytania zamawiający informuje, że:

I

Dot.pak.VI

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbek koszyków o długości 110cm zamiast koszyków dł. 90cm?

Odpowiedź

**Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie próbek koszyków o długości 110 cm zamiast koszyków dł. 90 cm.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszyków w rozmiarach 3 i 4 F o długości 90 lub 110cm?"

Odpowiedź

**Zamawiający dopuszcza oferowanie koszyków w rozmiarach 3 i 4 F o długości 90 lub 110cm.**

II

Pytanie nr 1 do pakietu nr VII, poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści taśmy o specyfikacji bardzo zbliżonej do wymagań Zamawiającego : Taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT. Wykonana jest niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego.

Parametry: szerokość: 1,2 cm, długość: 45 cm, grubość: 0,50 mm, gramatura: 57 g/m<sup>2</sup>, wielkość porów: 0,90 mm.

Taśma w plastikowej osłonce. Osłonka nie zachodzi na siebie, pozostawiając środek z taśmą. Końce taśmy zakończone nitkami z pętelkami ułatwiającymi mocowanie do prowadnicy.

Taśma do implantacji metodą nadłonową jak i przez otwory zasłonione.

Odpowiedź

**Zamawiający dopuszcza do oferowania w zakresie pakietu VII poz.1 taśm opisanych w zapytaniu.**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do odrębnego pakietu.

Odpowiedź

**Zamawiający nie wydziela pozycji do odrębnego pakietu.**

Pytanie nr 2 do pakietu nr VII, poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści taśmy o specyfikacji bardzo zbliżonej do wymagań Zamawiającego :

Taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT. Wykonana jest niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego.

Parametry: szerokość: 1,2 cm, długość: 45 cm, grubość: 0,50 mm, gramatura: 57 g/m<sup>2</sup>, wielkość porów: 0,90 mm.

Taśma w plastikowej osłonce. Osłonka nie zachodzi na siebie, pozostawiając środek z taśmą. Końce taśmy zakończone nitkami z pętelkami ułatwiającymi mocowanie do prowadnicy.

Taśma do implantacji metodą nadłonową jak i przez otwory zasłonione.

Odpowiedź

**W zakresie pakietu nr VII poz.2 Zamawiający dopuszcza do oferowania taśm opisanych w zapytaniu.**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do odrębnego pakietu.

Odpowiedź

**Zamawiający nie wydziela pozycji do odrębnego pakietu.**

### III

Dotyczy Pakietu Nr VI , zestawu nr 1

Czy Zamawiający dopuści koszyki typu „DORMIA” wiodącego producenta na rynku – renomowanej firmy Boston Scientific o następujących parametrach w celu złożenia oferty konkurencyjnej cenowo i jakościowo:

- kosz wykonany z nitinolu
- czteroprzewodowy kosz z atraumatyczną końcówką
- odłączony ergonomiczny uchwyt
- dostępny w rozmiarach 1.9Fr, 2.4Fr, 3.0 Fr
- średnica kosza 12 mm lub 16mm

Powyżej wymienione parametry oferowane są w miejsce parametrów wymaganych wymienionych w punkcie 1 zadania 1 SIWZ

Odpowiedź

**Zamawiający nie dopuszcza oferowania koszyków DORMIA opisanych w zapytaniu (brak 4 Fr).**

### IV

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 12, pozycja 4 koszulki dostępowej w rozmiarze 12/14FR długość 46 cm . Pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

**Zamawiający wyraża zgodę na oferowanie w Pakiecie nr 12 w pozycji 4 koszulki dostępowej w rozmiarze 12/14 FR długość 46 cm.**

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Pakiecie nr 12 koszulki dostępowej w rozmiarze 12/14FR długość 24 cm równocześnie z rozmiarem 12/14Fr długość 46 cm - do wyboru przez Zamawiającego. Pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

**Zamawiający wyraża zgodę na oferowanie w Pakiecie nr 12 koszulki dostępowej w rozmiarze 12/14 FR długość 24 cm równocześnie z rozmiarem 12/14Fr długość 46 cm - do wyboru przez Zamawiającego.**

V

Pakiet VII, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylnej taśmy z gładkimi brzegami nie wymagającymi osłonek, jednorazowej, całkowicie niewchłaniającej do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonana z polipropylenu monofilamentowego o parametrach: długość 450mm, jednorodna na całej długości, gramatura 65-75 g/m<sup>2</sup>, grubość ok. 0,54mm, szerokość 9-13mm; końce taśmy zakończone dwiema pętelkami o długości 25cm ułatwiającymi mocowanie do prowadnicy; taśma do implantacji metodą nadłonową jak i przez otwory zasłonięte?

Odpowiedź

**Zamawiający nie dopuszcza do oferowania taśmy opisanej w zapytaniu (bez osłonek).**

Pakiet VII, poz. 1:

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej liczby ofert konkurencyjnych cenowo.

Odpowiedź

**Zamawiający nie wydziela pozycji do odrębnego pakietu.**

Pakiet VII, poz. 1: Prosimy o potwierdzenie, że wraz ze składaną ofertą należy złożyć 1 szt. taśmy w celu oceny jakości oraz wymagana jest obecność przedstawiciela Wykonawcy w celu zaprezentowania oferowanego asortymentu?

Odpowiedź

**Zamawiający potwierdza wymóg dokonania prezentacji bezpośrednio po otwarciu ofert asortymentu oferowanego w pakietach VII, IX i X.**

VI

Czy Zamawiający w pak VI w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH: Koszyk "DORMIA" wymogi: 4 płaskie druty, posiadający rozbieralną rączkę, możliwość wysunięcia koszyczka z koszulki, ramiona kosza w równoległym ułożeniu (sterylny) j. u. od CH-2,5 do CH-4 dł. 90 cm?

Odpowiedź

**Zamawiający dopuszcza oferowanie koszyków DORMIA o parametrach opisanych w zapytaniu.**

VII

Pakiet I poz. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników okluzyjnych rozmiar 5F oraz 6F dł. 80 cm z balonem 1,5ml.

Odpowiedź

**W zakresie pakietu i poz. 14 Zamawiający dopuszcza oferowanie cewników okluzyjnych rozmiarach: 5 F oraz 6 F dł. 80 cm z balonem 1,5 ml.**

Pakiet IV poz. 10-11

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje aby cewniki wykonane były z wysokiej jakości materiału termoplastycznego Neoplex, tak jak obecnie stosowane przez Zamawiającego?

Odpowiedź

**W zakresie pakietu IV poz. 10 – 11 wymagania określone w SIWZ pozostawia się bez zmian.**

Pakiet IV poz. 12

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewnika moczowodowego otwartego prostego w rozmiarze 4,8 Ch, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź

**W zakresie pakietu IV poz. 12 dopuszcza się oferowanie cewnika moczowodowego otwartego prostego w rozmiarze 4,8 Ch przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SIWZ.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia termin składania i otwarcia ofert i wyznacza go na dzień 26.02.2020. Godziny składania i otwarcia oraz miejsce pozostawia się bez zmian.**

CZŁONEK ZARZĄDU

*Dariusz Młynarczyk*