



**Mazowiecki Szpital Wojewódzki
w Siedlcach**

**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26, pok.138 A
www.szpital.siedlce.pl ozp@szpital.siedlce.pl
tel. 25 640-32-99 fax. 25 640-32-63**

Siedlce, dn. 12.06.2018 r.

FZP.2810.27.18

**Do Zainteresowanych
postępowaniem FZP.2810.27.18**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, na: **Dostawę wyposażenia i aparatury medycznej w ramach zadania „Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii”**, ogłoszonego w dniu 25.05.2018 r. a opublikowanego w dniu 30.05.2018 pod poz. 2018/S 101-230527

Zamawiający informuje, że wprowadza zmianę do SIWZ dotyczącą rezonansu magnetycznego do diagnostyki oraz wsparcia procesu planowania radioterapii.

Punkty 15 i 74 Oferty technicznej w w/w zakresie otrzymują brzmienie:

REZONANS MAGNETYCZNY DO DIAGNOSTYKI ORAZ WSPARCIA PROCESU PLANOWANIA RADIOTERAPII				
Lp.	Opis wymaganych parametrów technicznych	Parametr graniczny / wartość	Parametry oferowanego urządzenia	Punktacja
15	Wielokanałowa cewka typu „Array” do badania głowy i szyi, o wysokiej rozdzielczości, posiadająca min 16 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (iPAT, ARC, GEM, SENSE, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta), z lusterkim mocowanym na cewce, umożliwiającym kontakt wzrokowy z pacjentem oraz umożliwiającą zmianę kąta pochylenia cewki	Tak, podać nazwę cewki		Bez oceny
74	Maksymalny statyczny FOV (w osi z)	≥ 50 cm, podać		= 50 cm - 0 pkt > 50 cm - 4 pkt

PREZES ZARZĄDU

Martin Kulicki