



# Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26

tel. (25) 640-32-99, fax. (25) 640-32-63

[www.szpital.siedlce.pl](http://www.szpital.siedlce.pl)

FZP.2810.58.2019

Siedlce, dnia 6 listopada 2019r.

## **Do uczestników postępowania nr FZP.2810.58.2019**

Dotyczy postępowania realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonywanie przeglądów aparatury medycznej i sprzętu”, ogłoszonego dnia 18.10.2019 r., w BZP pod numerem 609003-N-2019.

Dnia 5 listopada 2019 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

**Pytanie.** Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), oraz w związku z odpowiedziami udzielonymi na zadane w postępowaniu pytań zwracam się z prośbą o wyjaśnienie powstałych niejasności:

Zamawiający w odpowiedzi na pyt. 2 w Części I udzielonych odpowiedzi (str. 1-2) **wyraził zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu rezonansu magnetycznego MR Magnetom Skyra.**

Powyższe stanowisko Zamawiającego nie zostało jednak potwierdzone zmianą Formularza cenowego, w którym ww. rezonans w dalszym ciągu widnieje jako jedno z 5 urządzeń w pakiecie nr 130.

Wskazujemy, iż w ramach ww. Pakietu Zamawiający w wyniku zadanych przez wykonawców pytań wydzielił do odrębnych pakietów urządzenia :

- Pakiet 130 A - Respirator stacjonarny z opcją do MRI
- Pakiet 130 B - Aparat USG przewoźny

W tej sytuacji pozostaje niezrozumiałe nie wydzielenie do odrębnego pakietu Rezonansu Magnetycznego MR Magnetom Skyra i pozostawienie go w pakiecie z aparatami RTG pomimo wniosku Wykonawcy oraz wyrażonej przez Zamawiającego zgody .

Podkreślamy, iż są to urządzenia niezależne, o różnej specyfice działania, różnym przeznaczeniu, a ich serwisowanie wymaga wykonania innych czynności. W związku z powyższym ww. urządzenia nie stanowią przedmiotu zamówienia, który z uwagi na swoją specyfikę powinien zostać połączony w jednym zadaniu.

Jednocześnie zwracamy uwagę Zamawiającego, iż ww. stanowisko zostało przez niego potwierdzone o czym świadczą wprowadzone już w formularzu cenowym zmiany.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o równe potraktowanie Wykonawców zgłaszających gotowość do udziału w przedmiotowym postępowaniu i zmianę Formularza cenowego poprzez wydzielenie do odrębnego Pakietu np. 130 C rezonansu magnetycznego MR Magnetom Skyra.

**Odpowiedź.** Zamawiający dokonał zmiany w Formularzu asortymentowo – cenowym dokonując podziału Pakietu 130 poprzez wydzielenie z niego pakietów: 130 A i 130 B, o czym poinformował Wykonawców zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania: <http://szpital.siedlce.pl/przetargi/Wykonywanie-przegladow-aparatury-medycznej-i-sprzetu,154> Zakres wprowadzonych w efekcie zapytań zmian umożliwia ubieganie się o zamówienie szerokiego gronu Wykonawców.

Zamawiający uważa, że nie ma racjonalnych przesłanek do dalszego podziału Pakietu 130, ponieważ z informacji powszechnie dostępnych wiadomo, że na rynku funkcjonują Wykonawcy, którzy są w stanie zrealizować usługę pogwarancyjnych przeglądów i konserwacji wszelkich systemów do diagnostyki obrazowej wszystkich wiodących marek.

PREZES ZARZĄDU

*Marcin Kulicki*