

Pytania do postępowania FZP.2810.47.2020

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na załączone poniżej pytania:

Pakiet VI, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści ustnik o wymiarach otworu wewnętrznego 22 mm x 27 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pakiet VI, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści stalowe szczypcy biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu wykonanym z PE, z białymi markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, z łyżeczkami z okienkiem, sterylizowane ETO, pakowane po 10 szt. z zestawem 4 naklejek do dokumentacji medycznej;

- o średnicy narzędzia 1,8mm, kompatybilne z kanałem roboczym 2,0mm, o rozwarciu gładkich, owalnych łyżeczek 5mm i pojemności 5,73mm³, o długości roboczej wyłącznie 1600mm, bez funkcji biopsji stycznych;

- o średnicy narzędzia 2,3mm, rozwarciu 8mm, pojemności 7,6mm³ o dostępnych typach łyżeczek: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą, o długości roboczej 1600mm, 1800mm lub 2300mm - do wyboru Zamawiającego;

- o średnicy narzędzia 3,0mm, rozwarciu gładkich łyżeczek 9mm i pojemności 10mm³, długości roboczej narzędzia wyłącznie 2300mm, bez funkcji biopsji stycznej?

Pakiet VI, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści pętlę do polipektomii wykonaną z drutu plecionego o grubości 0,36mm i dostępnych średnicach: 10mm, 15mm, 25mm, 32mm, o średnicy narzędzia 2,4mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pakiet VI, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści igłę do ostrzykiwań o średnicy narzędzia 2,4mm i średnicy igły 21G lub 22G (do wyboru Zamawiającego) i długości ostrza 4mm lub 6mm (do wyboru Zamawiającego)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.