



Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

pokój 138 A

tel. 025/64 03 299

fax. 025/64 03 263

ul. Poniatowskiego 26

08-110 Siedlce

www.szpital.siedlce.pl

FZP.2810.09.2019

Siedlce dn. 18.02.2019 r.

Do wszystkich zainteresowanych postępowaniem Nr FZP.2810.09.2019

Dotyczy: postępowania na dostawy materiałów medycznych oraz zapewnienie technicznych możliwości wykonywania zabiegów/procedur na Bloku Operacyjnym, prowadzonego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o. o. w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w BZP pod nr 513075-N- 2019 dnia 12.02.2019 r.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ w prowadzonym postępowaniu informujemy co następuje:

Zapytanie 1:

1. Czy Zamawiający w **Pakiecie III poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania Płytki do nasady dalszej kości promieniowej w kształcie litery T, dłoniowa, skośna, grzbietowa, podgięta oddzielnie do prawej i lewej kończyny. Otwory pod śruby blokowane i śruby korowe. Ilość otworów w części dalszej od 3 do 7 otworów. Tytan. Otwory blokowane z gwintem stożkowym oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi lub gwiazdkowymi. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°?

Odpowiedź: Implanty należy zaoferować zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 2:

2. Czy w **Pakiecie III poz. 3 i 5** zamawiający dopuści wkręty blokowane i korowe o średnicy 2,4 mm zamiast 2,3 mm?

Odpowiedź: Implanty należy zaoferować zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 3:

Dot. Pakiet I ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO, CEMENT, MIESZALNIK PRÓŻNIOWY CEMENTU, Pozycja 1 PROTEZA BIODRA CAŁKOWITA CEMENTOWA REWIZYJNA w składzie: , Punkt 1A Trzpień długi cementowy prosty, gładki, polerowany, bezkolnierzowy, o przekroju klinowym o dł. 200-260 mm. Konieczne trzy wielkości off-setu

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w/w Pakiecie produkt medyczny o poniższych parametrach „Trzpień długi cementowy prosty, gładki, polerowany, bezkolnierzowy, o przekroju klinowym o dł. 200-260 mm”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania implantów o parametrach opisanych w zapytaniu.

Zapytanie 4:

Dot. Pakiet I ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO, CEMENT, MIESZALNIK PRÓŻNIOWY CEMENTU, Pozycja 2 PROTEZA BIODRA CAŁKOWITA BEZCEMENTOWA REWIZYJNA w składzie: , punkt 2A Element krętarzowy - trzpień długi 160-230 mm składająca się z części krętarzowej napyłonej tytanem i hydroksyapatytem w co najmniej 4 długościach i 4 wielkościach off-setu i trzpienia tytanowego. Część krętarzowa i trzpień łączone śrubą z zachowaną możliwością rotacji. Element krętarzowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w/w Pakiecie produkt medyczny o poniższych parametrach „Element krętarzowy - trzpień składający się z części krętarzowej napyłonej tytanem i hydroksyapatytem w co najmniej 4 długościach i 4 wielkościach off-setu i trzpienia tytanowego. Część krętarzowa i trzpień łączone śrubą z zachowaną możliwością rotacji. Element krętarzowy.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania implantów o parametrach opisanych w zapytaniu.

Zapytanie 5:

Dot. Pakiet I ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO, CEMENT, MIESZALNIK PRÓŻNIOWY CEMENTU, Pozycja 2 PROTEZA BIODRA CAŁKOWITA BEZCEMENTOWA REWIZYJNA w składzie: , punkt 2B Element dystalny - trzpień długi 160-230 mm składająca się z części krętarzowej napyłonej tytanem i hydroksyapatytem w co najmniej 4 długościach i 4 wielkościach off-setu i trzpienia tytanowego. Część krętarzowa i trzpień łączone śrubą z zachowaną możliwością rotacji. Opcjonalnie wersja cylindryczna

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w/w Pakiecie produkt medyczny o poniższych parametrach „Element dystalny - trzpień składający się z części krętarzowej napyłonej tytanem i hydroksyapatytem w co najmniej 4 długościach i 4 wielkościach off-setu i trzpienia tytanowego. Część krętarzowa i trzpień łączone śrubą z zachowaną możliwością rotacji. Opcjonalnie wersja cylindryczna

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania implantów o parametrach opisanych w zapytaniu.

Zapytanie 6:

Dot. Pakiet I ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO, CEMENT, MIESZALNIK PRÓŻNIOWY CEMENTU, Pozycja 2 PROTEZA BIODRA CAŁKOWITA BEZCEMENTOWA REWIZYJNA w składzie: , punkt 2E Głowa wykonana ze stali nierdzewnej o średnicy 28, 32mm kompatybilna z trzpieniem z pozycji a, dostępna w co najmniej 3 rozmiarach szyjki.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w/w Pakiecie produkt medyczny o poniższych parametrach „Głowa metalowa o średnicy 28, 32mm kompatybilna z trzpieniem z pozycji a, dostępna w co najmniej 3 rozmiarach szyjki”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania implantów o parametrach opisanych w zapytaniu.

Zapytanie 7:

Dot. Pakiet I ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO, CEMENT, MIESZALNIK PRÓŻNIOWY CEMENTU, Pozycja 5 ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO CAŁKOWITA BEZCEMENTOWA, sterylna w składzie: , punkt 5A Trzpień anatomiczny bezkołnierzowy, wykonany ze stopu tytanowego, pokryty hydroksyapatytem w 1/3 bliższej, część dalsza polerowana. w minimum 8 rozmiarach (100-145 mm).

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w/w Pakiecie produkt medyczny o poniższych parametrach „Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132 stopni) oraz długościach 93-126mm dla każdego z kątów. Pełna rozmiarówka. Trzpień rośnie zarówno w wymiarze bocznym jak i przyśrodkowym.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania implantów o parametrach opisanych w zapytaniu.

Zapytanie 8:

Dot. Pakiet I ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO, CEMENT, MIESZALNIK PRÓŻNIOWY CEMENTU, Pozycja 5 ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO CAŁKOWITA BEZCEMENTOWA, sterylna w składzie , punkt 5C Panewka wkręcana z gwintem na obrzeżu, wersja opcjonalna

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w/w Pakiecie produkt medyczny o poniższych parametrach „Panewka pressfit pełna lub otworowa, wersja opcjonalna”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania implantów o parametrach opisanych w zapytaniu.

Zapytanie 9:

Dot. Pakiet I ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO, CEMENT, MIESZALNIK PRÓŻNIOWY CEMENTU, Pozycja 18 Trzpień anatomiczny (prawy, lewy) bezkolnierzowy, wykonany ze stopu tytanowego, pokryty hydroksyapatytem w 1/3 bliższej, część dalsza polerowana, z możliwością śródoperacyjnego wyboru szyjki neutralnej lub z antetorsją. Stożek V40.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w/w Pakiecie produkt medyczny o poniższych parametrach „Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132 stopni) oraz długościach 93-126mm dla każdego z kątów. Pełna rozmiarówka. Trzpień rośnie zarówno w wymiarze bocznym jak i przyśrodkowym. Stożek V40.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania implantów o parametrach opisanych w zapytaniu.

W związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami informujemy, iż Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 21.02.2019 r. Miejsce i godzina pozostają bez zmiany.

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Młynarczyk