

ZAPYTANIA:

Pakiet III - USZTYWNIACZ NOSA I PŁYTKA NOSOWA

Czy w poz. 2 - Zamawiający dopuszcza: płytkę nosową dzieloną, dużą, usztywniającą, wykonaną z fluoroplastiku o grubości 0,5mm z siedmioma otworami pakowana pojedynczo w opakowanie handlowe 10 sztuk (zamiast 1 opak. = 5 par), co i tak w rezultacie daje taką samą ilość w 1 opakowaniu. Zamawiający w zależności od swoich potrzeb wykorzystuje tyle płytek ile jest potrzebne do danego zabiegu.