



Siedlce, dnia 29.12.2025

EAM.2416.877.2025

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach
ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przegląd niżej wymienionych urządzeń:

Op.	Nazwa	Typ	Nr Seryjny	Lokalizacja
1.	Kardiomonitor	MX700	DE 12519006	Blok Anestezjologii
2.	Kardiomonitor	MX700	DE12519010	Blok Anestezjologii
3.	Kardiomonitor	MX700	DE50937684	Blok Anestezjologii
4.	Kardiomonitor	MX700	DE50937747	Blok Anestezjologii
5.	Kardiomonitor	MX700	DE50937749	Blok Anestezjologii
6.	Kardiomonitor	MX700	DE50937749	Blok Anestezjologii
7.	Kardiomonitor	MP 30	DE62228772	Oddz. Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
8.	Kardiomonitor	MP50	DE44021903	Oddz. Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
9.	Kardiomonitor	MP50	DE44021904	Oddz. Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
0.	Kardiomonitor	MP50	DE44021906	Oddz. Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
1.	Kardiomonitor	MP50	DE44021911	Oddz. Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
2.	Kardiomonitor	MP50	DE44021913	Oddz. Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
3.	Kardiomonitor	MP50	DE44021914	Oddz. Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
4.	Kardiomonitor	MP50	DE44021947	Oddz. Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
5.	Kardiomonitor	MP50	DE44021952	Oddz. Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
6.	Kardiomonitor	MP50	DE44021959	Oddz. Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
7.	Kardiomonitor	MP50	DE44021964	Oddz. Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
8.	Kardiomonitor	MX450	DE671R7450	Oddz. Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
9.	Serwer Pomiarowy Kardiomonitora Philips	X3	DE694G2780	Oddz. Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
0.	Serwer Pomiarowy Kardiomonitora Philips	X3	DE694G2843	Oddz. Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
1.	Kardiomonitor	MP5	DE46983663	Oddz. Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej
2.	Serwer Pomiarowy Kardiomonitora Philips	X2	DE83636784	Ośrodek Implantacji Stymulatorów i Defibrylatorów
3.	Kardiomonitor	MX700	DE12524146	Pracownia Radiologii Zabiegowej
4.	Kardiomonitor	MP5	DE46986895	Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)
5.	Kardiomonitor	MP5	DE50187152	Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)
6.	Kardiomonitor	MP50	DE44021910	Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)



2. Warunki udziału w postępowaniu:

Wymagania w stosunku do Wykonawcy – naprawy i przeglądy wyrobów medycznych:

- a. Inżynier serwisowy wykonujący usługę musi posiadać aktualne szkolenie u wytwórcy sprzętu medycznego potwierdzone certyfikatem, (Komunikacja z inżynierem serwisowym w języku polskim).
- b. Jeśli zachodzi taka potrzeba to podzespoły zostaną wymienione zgodnie z aktualną dokumentacją serwisową producenta.
- c. Wykonawca posiada aktualne, legalne oprogramowanie serwisowe w tym kody serwisowe do zainstalowanego na urządzeniu oprogramowania pochodzące od wytwórcy potwierdzone umową licencyjną lub oświadczeniem producenta oraz zestaw narzędzi zalecanych przez producenta sprzętu pozwalające na wykonanie naprawy.
- d. Wykonawca wykonuje przeglądy zgodnie z instrukcją serwisową wytwórcy sprzętu.
- e. Po naprawie Wykonawca wykona testy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wystawi raport serwisowy zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
- f. Alternatywnie do dokumentów potwierdzających w punkcie 2 dokument autoryzacji producenta na w zakresie serwisu wyrobu medycznego.
- g. Dokumenty do sprawdzenia na żądanie przez przedstawiciela Zamawiającego przed przystąpieniem do czynności serwisowych.

Wymagania w stosunku do Wykonawcy – usługi:

- a. Oświadczenie o posiadaniu potencjału i wiedzy fachowej oraz zdolności formalno-prawnej do wykonania usługi.

Termin płatności za wykonaną usługę wynosi 30 dni.

3. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

- a. Najniższa cena brutto oferty.

4. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:

- Paweł Barszcz

Dział Aparatury Medycznej

Tel: 25 640 32 12
Fax: 25 640 33 68
E-mail: apmed@szpital.siedlce.pl



5. Oferta powinna zawierać:

- a. Nazwę wykonawcy.
- b. Adres wykonawcy.
- c. Ceny brutto, netto i stawki VAT.
- d. Termin wykonania zamówienia.
- e. Okres gwarancji na ewentualną wymianę/naprawę podzespołów lub elementów urządzenia.
- f. Potwierdzenie uprawnień wydanych przez producenta do dokonania przeglądu.
- g. Podpis wykonawcy.

6. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w Dziale Aparatury Medycznej Tutejszego Szpitala lub przesłać na adres e-mail: apmed@szpital.siedlce.pl do dnia 02.01.2026.

Zaproszenie do złożenia oferty nie jest zobowiązaniem do zawarcia umowy.

ZASTĘPCA KIEROWNI
Działu Aparatury Medycznej

Agata Jaworska