



Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26
tel. (25) 640-32-99, fax. (25) 640-32-63
www.szpital.siedlce.pl

Siedlce, dnia 2 stycznia 2020 r.

FZP.2810.62.2019

Do uczestników postępowania nr FZP.2810.62.2019

Pytanie 1. Wykonawca zwraca się z prośbą o odstąpienie dla pakietów V i Va wymogu określonego w załączniku nr 1A dotyczącego „trwałego oznakowania kodem matrycowym dwuwymiarowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania - zawierający zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia”

Ad 1: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu trwałego oznakowania kodem matrycowym dwuwymiarowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania - zawierający zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia, dla Pakietów Vi Va.

Pytanie 2. Ze względu na specjalistyczny charakter narzędzi oraz fakt iż znajdują się one na magazynie zewnętrznym poza granicami kraju zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu dostawy dla pakietu V oraz Va do 56 dni?

Ad 2: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostawy dla pakietu V oraz Va do 56 dni.

Pytanie 3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach:

Pakiet I

- Poz.1) Kleszczyki o dł. 240mm, funkcjonalnie identyczne./ **Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**
- Poz.2) Kleszczyki o dł. 180mm, funkcjonalnie identyczne./ **Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**
- Poz.3) Hak o wym. 60x20mm, funkcjonalnie identyczne./ **Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**
- Poz.5) Nożyczki o dł. 140mm, funkcjonalnie identyczne./ **Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**
- Poz.6) Kleszczyki o dł. 260mm, funkcjonalnie identyczne./ **Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**
- Poz.11) Kontener (wanna+ pokrywa) jako jedna pozycja o wym. 590x290x130mm, kosz o wym. 510x255x50mm, funkcjonalnie identyczne./ **Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Pakiet III

- Poz.4) Nożyczki o dł. 90mm, funkcjonalnie identyczne./ **Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**
- Poz.10) Igła o dł. 200mm, funkcjonalnie identyczne./ **Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**
- Poz.14,15) Kleszczyki o dł. 140mm, funkcjonalnie identyczne./ **Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**
- Poz.17) Kleszczyki o dł. 140mm, funkcjonalnie identyczne./ **Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Poz.22) Nożyczki o dł. 160mm, funkcjonalnie identyczne./ **Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**
Poz.23) Nożyczki o dł. 140mm, funkcjonalnie identyczne./ **Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**
Poz.25) Imadło o dł. 140mm, funkcjonalnie identyczne./ **Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**
Poz.29) Szpatułka o szer.18mm, funkcjonalnie identyczne./ **Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**
Poz.30) Nożyczki o dł. 150mm, funkcjonalnie identyczne./ **Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**
Poz.33) Nożyczki o dł. 180mm, funkcjonalnie identyczne./ **Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**
Poz.34) Kleszcze o dł. 200mm, funkcjonalnie identyczne./ **Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**
Poz.35) Imadło o dł. 180mm, funkcjonalnie identyczne./ **Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**
Poz.40) Nożyczki o dł. 120mm, funkcjonalnie identyczne./ **Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**
Poz.46) Kleszczyki o dł. 180mm, funkcjonalnie identyczne./ **Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**
Poz.52,53) Hak o wym. 155x50mm i dł. 260mm, funkcjonalnie identyczne./ **Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**
Poz.54,55) Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji z pakietu i utworzenie nowego odrębnego, z uwagi na fakt, że są to elementy składowe narzędzia, które posiada w ofercie wyłącznie jeden dostawca./ **Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji z pakietu.**
Poz.56) Hak o max. Rozwarciu 300mm, łyżki boczne 60x80mm, łyżka środkowa 55x70mm, funkcjonalnie identyczne./ **Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**
POz.57) Hak o max. Rozwarciu 300mm, wym. łyżki środkowe 80x90mm, łyżki boczne wym. 72x85mm, funkcjonalnie identyczne./ **Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**
Poz.58) Łyżki o wym. 72x85mm, funkcjonalnie identyczne./ **Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 4. Z uwagi na fakt, że narzędzia są sprowadzane z Niemiec, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy z 30 dni do 8 tygodni od momentu zawarcia umowy.

Ad 4. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 1 poz. 1** kleszczyki o długości 24 cm ?

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 1 poz. 3** hak operacyjny o długości 22,5 cm i 70 x 25 mm ?

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 1 poz. 5** nożyczki chirurgiczne odgięte o długości 14,5 cm ?

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 1 poz. 6** kleszczyki do opatrunków o długości 25 cm ?

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 1 poz. 8** uchwyt do skalpela o długości 21,5 cm ?

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 1 poz.11** pokrywę do kontenera o wymiarach 580 x 280 x mm, wannę do kontenera o wymiarach 580 x 280 x 135 mm oraz kosz stalowy o wymiarach 540 x 255 x 50 mm ?

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PREZES ZARZĄDU

Marcin Kozicki