

Siedlce, 20.12.2021 r.

Znak sprawy: EAM.2811.1.2021

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy zapytania ofertowego dotyczącego zakupu „Aparatu Usz ginekologicznego z głowicą endokawitarną 1 szt.” dla projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

na mocy pełnomocnictwa udzielonego Uchwałą nr 477/219/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2021 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach sp. z o. o. do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” (z późn. zm.) Kupujący przekazuje odpowiedź na zapytanie dotyczące opisu potrzeb i wymagań (załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia do ww. postępowania):

1. Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień w podanym poniżej zakresie:

Pytanie 1 dotyczy pkt. 44.5

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wyposażony głowicę convex bez nasadki biopsyjnej ale z możliwością rozbudowy o nią w przyszłości ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do oferowania ultrasonograf wyposażony głowicę convex bez nasadki biopsyjnej ale z możliwością rozbudowy o nią w przyszłości.

PREZES ZARZĄDU

Marcin Kulicki